



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/273/2022

Sanok, 18 październik 2022r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/10/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku* dla potrzeb SPZOZ Sanok

DOTYCZY przedmiotu zamówienia

*** Pytanie nr 1 – dot. pak. nr 9**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2 sztuk próbek do pakietu nr 9 w związku z faktem, iż podana ilość 20 sztuk w SWZ jest prawdopodobnie omyłką edytorską.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 2 sztuk próbek do pakietu nr 9 (omyłka edytorska).

*** Pytanie nr 2 – dot. pak. nr 30**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm, 25 mm i 32 mm, opakowanie zbiorcze 10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 – dot. pak. nr 25, poz.1**

Czy zamawiający wymaga naboii będących wyrobem medycznym, zgodnych z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczonych przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 – dot. pak. nr 34, poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 34 dopuści: poz. 3 worek urostomijny, jednoczęściowy z przyłepcem hydrokoloidowym, z systemem antyzwrotnym, zamykany korkiem, pojemność 330 ml do docięcia 10-66 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 5 – dot. pak. nr 34**

Czy Zamawiający zgodzi się na składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki urostomijne i stomijne pakowane po 30 szt, w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

SPZOZ/SAN/ZP/273/2022

*** Pytanie nr 6 – dot. pak. nr 43, poz. 1**

1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartuch o gramaturze 25g/m²
2. Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze tylko zielonym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 – dot. projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia zawiadomienia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 8 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 9 – dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 10 – dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 pkt 2) i 3) :

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) w przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 11 – dot. pak. nr 19**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do aspiracji leków bez zastawki, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ tzn z zastawką.

*** Pytanie nr 12 – dot. pak. nr 27**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ostrzy chirurgicznych, gdzie rozmiar ostrza jest na opakowaniu jednostkowym, a rysunek ostrza jest nadrukowany na opakowaniu zbiorczym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 13 – dot. pak. nr 21, poz.1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej (w zakresie 0-360 stopni); szybkołączące 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 14 – dot. pak. nr 31- zestaw do krwawego pomiaru krwi**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego przetwornika do inwazyjnego pomiaru ciśnienia o długości linii 152 cm (122 cm i 30 cm), pojedynczego, zawierającego podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki, z prostą igłą w zbiorniku wyrównawczym wyposażoną w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego. Zestaw wstępnie, fabrycznie wykalibrowany, posiadający kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji oraz kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Przetwornik zintegrowany z zaworem odcinającym podnosi dokładność pomiarów, zajmuje mniej miejsca i zmniejsza ryzyko uwięzienia pęcherzyków powietrza. Przetwornik nie posiada koreczka tłumiącego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ + kompatybilność.

*** Pytanie nr 15 – dot. pak. nr , poz.**

Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

*** Pytanie nr 16 – dot. pak. nr 30, poz. 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej pętli do polipektomii o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230 cm? Oferowane pętli posiadają funkcję rotacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 17 – dot. warunków umowy § 2 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający deklaruje zakup przedmiotu umowy o wartości odpowiadającej minimum 75% wartości umowy brutto. Zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości wskazanych w Załączniku nr 1, nieprzekraczające minimalnego poziomu wartości umowy określonego w zdaniu poprzedzającym, nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno finansowych, natomiast Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy, o ile zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 18 – dot. warunków umowy § 4 ust. 1.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 19 – dot. warunków umowy § 4 ust. 1.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 20 – dot. warunków umowy § 4 ust. 1.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 21 – dot. warunków umowy § 4 ust. 1.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 7%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 22 – dot. warunków umowy § 4 ust. 2**

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 23 – dot. warunków umowy § 4 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru przekraczającego 5 dni, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku, obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, jak również zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przynoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 24 – dot. warunków umowy § 4 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 25 – dot. warunków umowy § 4 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 26 – dot. warunków umowy § 4 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 27 – dot. warunków umowy § 7 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w terminie (max 6 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 28 – dot. warunków umowy § 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 29 – dot. warunków umowy § 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 30 – dot. pak. nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym (długość 60 cm, szerokość w stanie rozciągnięcia 130 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 31 – dot. pak. nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości.

*** Pytanie nr 32 – dot. pak. nr 33, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze składowymi w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 33 – dot. pak. nr 39, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii bakteriobójczej o rozmiarze okna przylepnego 42 x 36 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 34 – dot. pak. nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o min gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 35 – dot. pak. nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o min gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 36 – dot. pak. nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 37 – dot. pak. nr 43, poz. 2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 38 – dot. pak. nr 45, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 39 – dot. pak. nr 3, poz.5**

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 40 – dot. pak. nr , poz.**

Pakiet nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły 25G/90mm z igłą prowadzącą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

*** Pytanie nr 41 – dot. pak. nr 6, poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne sterylne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 42 – dot. pak. nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 43 – dot. pak. nr 19, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki zabezpieczającej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ tzn z zastawką.

*** Pytanie nr 44 – dot. pak. nr 22, poz. 4,5**

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 45 – dot. pak. nr 22, poz.9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze: 112x100x100, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 46 – dot. pak. nr 22, poz. 12,13**

Czy Zamawiający może doprecyzować jaki rozmiar ma posiadać wymagany papier?

Odpowiedź: Rolki: poz. 12 szer 110mm, dł. 20m

poz. 13 szer 75mm, dł. 25m

*** Pytanie nr 47 – dot. pak. nr 26, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści taśmki silikonowe 1,3x0,9mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 48 – dot. pak. nr 26, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści taśmki silikonowe 2,5x1,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 49 – dot. pak. nr 26, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści taśmki o długości 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 50 – dot. pak. nr 42, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści denny zamknięte 25mm, dł. 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 51 – dot. pak. nr 21**

Czy Zamawiający dopuści rozbijane cząstki nebulizatu o średnicy max. 2.0-2.2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 52 – dot. pak. nr 36, poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści dł. drenu ok. 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 53 – dot. pak. nr 30**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o długości roboczej 230 cm, średnica otwartej pętli 15 mm, 25 mm i 32 mm, op.=10 szt? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 54 – dot. pak. nr 39, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 55 – dot. pak. nr 43, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego z fizeliny, niesterylny. Kolor niebieski, gramatura min. 18 g/m². Rozmiar L i XL. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min 25 g/m². Dopuszcza kolor i rozmiar.

*** Pytanie nr 56 – dot. pak. nr 43, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego z włókniny polipropylenowej, niesterylny. Kolor niebieski, gramatura min. 30 g/m². Rozmiar uniwersalny. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor, gramaturę i rozmiar co do włókniny- dopuści jeżeli jest zgodna z opisem..

*** Pytanie nr 57 – dot. pak. nr 43, poz. 1**

1) Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 25 g/m².

2) Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski lub zielony?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

3) Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

4) Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

5) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 58 – dot. pak. nr 43, poz. 2-3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 59 – dot. pak. nr 45**

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

2) Czy zamawiający dopuści maskę na gumki o rozmiarze 175 mm x 95 mm w stanie nierozłożonym, gumki ok. 19 cm nierozciągnięte, grubość gumki ok. 3 mm, maska z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 10-11 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

3) Czy zamawiający dopuści gramaturę każdej warstwy ok. 25 g/m²?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 60 – dot. pak. nr 16**

Czy zamawiający akceptuje spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 61 – dot. pak. nr 19**

Czy zamawiający akceptuje przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 62 – dot. pak. nr 37**

Czy zamawiający wymaga zaworu bezigłowego o przepływie 320 ml/min

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga, dopuszcza Zgodnie z SWZ.*

*** Pytanie nr 63 – dot. pak. nr 43**

Czy zamawiający akceptuje fartuch w kolorze tylko niebieskim

Odpowiedź: *Zamawiający akceptuje.*

*** Pytanie nr 64 – dot. pak. nr 43**

Czy zamawiający akceptuje fartuch w rozmiarze M-XXL

Odpowiedź: *Zamawiający akceptuje.*

*** Pytanie nr 65 – dot. pak. nr 43**

Czy zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 100 szt z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 66 – dot. pak. nr 45**

Czy zamawiający dopuści maseczki wykonanej z trzech warstw włókniny 25g/m²+25g/m²+25g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 67 – dot. pak. nr 38, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego dodatkowo w swoim składzie:

- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml czerwony
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 1 x taśma przyklepna 10 x 50 cm
- 1 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 68 – dot. pak. nr 38 – pozycja nr: 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem w rozmiarze: 10 x 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 69 – dot. pak. nr 48 – pozycja nr: 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierzy spełniających normy EN 13795 i PN-EN ISO 10993-1:2021-06 pakowanych po 300 szt. w 6 plastikowych toreb – każda zawierająca 50 sztuk (z wyceną za sztukę)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 70 – dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2);
- b) 0,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił 3);
- c) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 4).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 71 – dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego

uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 72 – dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 73 – dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 i § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 74– dot. pak. nr 31 – zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia krwi**
Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 75 – dot. pak. nr 31.**


Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?



Odpowiedź: Zamawiający w opisie produktu określił rodzaj sprzętu zapewniający kompatybilność. Dotychczas stosowane zestawy spełniają oczekiwania (różny firmy)- w związku z powyższym podtrzymujemy zapisy SWZ (kable typu BD, okrągły wodoszczelny, wtyk pionowy6, monitor określony w opisie).

*** Pytanie nr 76 – dot. pak. nr 31**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czujników do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią zgodnie z poniższym schematem?:



Odpowiedź: Tak, jeżeli spełniają one wymogi określone w SWZ.

*** Pytanie nr 77 – dot. pak. nr 46**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu oraz w certyfikacie na poziomie ochrony min.4. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 78 – dot. pak. nr 46**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby opakowanie rękawic diagnostycznych posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją oraz instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 79 – dot. pak. nr 11, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Couvelaire , cewnik trójdrożny ze 100% silikonu, długość 42cm, balon o pojemności 50ml. Rozmiary CH18, 20, 22, 24

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 80 – dot. pak. nr 11, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik dwudrożny wykonany z 100% silikonu z balonem pozbawionym lateksu, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, CH10/CH13, dł. całkowita 40cm, dwa oczka drenażowe, pojemność balonu 5ml; rozrywalny trokar 12cm o średnicy wewnętrznej CH 12 dla cewnika CH10 oraz CH15 dla cewnika CH13, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, zacisk, skalpel, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny. Takiego jak obecnie stosowany

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem