



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ PNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/398/2022

Sanok, dnia 22 grudnia 2022r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/12/2022 pn. „dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku” dla SPZOZ Sanok

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia


Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

* Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 17

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnione są określone wymogi w SWZ.

2. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?



Odpowiedź: Końcówka Edward.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czujników do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią zgodnie z poniższym schematem?:



Odpowiedź: Tak, jeżeli spełniają one wymogi określone w SWZ.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 5 poz.1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na shaft 4F pokryty hydrofobowo? Pozostałe parametry zgodna z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 5 poz. 6 i 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odkręcany kranik w koszulkach 5,6,7,8 F? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 4 - dot. umowy wg Zał.4 do SWZ**

W związku z zasadą równego traktowania Stron oraz zakazu ograniczania zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia (art.433 pkt.4 pzp) wnosimy o modyfikację zapisów umowy o minimalną wartość realizacji umowy wyrażoną w „%”, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w czasie jej obowiązywania i zwiększenie jej wysokości w prag.1 ust.4 z 25% do 60%. Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony wykonawcy, dla którego już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na decyzję o starcie w postępowaniu, a także o cenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 5 - dot. zał.2 do umowy SWZ**

Zasady utworzenia „magazynu- komisju” sprzętu jednorazowego użytku - Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy w parag. 5 i uzupełni je o zapis gwarantujący pobieranie z "magazynu- komisju asortymentu z najkrótszą datą przydatności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired, first out)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 14, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 14, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr 14 poz. 1-4**

Prosimy o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 2/3ml, 5/6ml, 10/12ml, 20/22ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr14**

Prosimy o dopuszczenie kranika z przedłużaczem rozmiarze10 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 25**

Czy Zamawiający wymaga w celu zapewnienia ciągłości pracy zestawu nieodpłatnego użyczenia zestawu silnik plus kątnica?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 12 - dot. pakietu nr 5**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 pakietu 10 koszulek wprowadzających zbrojonych o dostępnych długościach: 30, 40, 45, 55, 70 i 90cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 9**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 pakietu 10 stentgraftów aortalnych o dostępnej długości 29, 38, 48mm dla średnicy 18mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 5**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 11 pakietu 10 stentów samorozprężalnych o średnicy 5-8mm dł. 10-20cm, 9mm dł. 10-12cm, 10mm dł. 10-14cm oraz śr. 12-14mm dł. 4, 6, 8mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 19**

Czy Zamawiający potwierdza, że dla pakietu nr 19 Zamawiający przewiduje utworzenie komisji i zawrze z Wykonawcą umowę wraz z załącznikiem nr 2 do umowy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

*** Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 4 poz.1 Introduktor z koszulką diagnostyczną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 17 - dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr 2**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 pakietu nr 13 postępowania (wkłady, złącza do strzykawki) złączy wysokociśnieniowych o długości 100cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 19**

W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 20**

Zgodnie z art. 44 i 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 26 października 2022 r., pod poz. 2185 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych w oparciu o aktualny stan prawny tj. postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do wzoru umowy postanowienia waloryzacyjne w oparciu o aktualny stan prawny.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Panek