



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/351/2022

Sanok, dnia 28 listopada 2022r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na Zakup systemu do prób wysiłkowych z wyposażeniem dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

Oznaczenie sprawy: **SPZOZ/ZAP/683/2022**

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Pkt. 5 Próbkowanie 4096 Hz.

Czy Zamawiający dopuści system z częstotnością próbkowania 0,5 kHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pkt. 29 Tabelaryczna prezentacja wartości prędkości, nachylenia, BP, HR, współczynnika MET, produktu podwójnego RPP i komentarzy podczas badania.

Czy Zamawiający dopuści system z opcją prezentacji wartości prędkości, nachylenia, BP, HR, współczynnika MET i komentarzy podczas badania bez produktu podwójnego RPP?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pkt. 30 Histogram pobudzeń komorowych i nadkomorowych występujących podczas badania.

Czy Zamawiający dopuści system bez opcji histogramu pobudzeń komorowych i nadkomorowych występujących podczas badania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pkt. 31 Możliwość przeglądania wykonanego badania w jego trakcie.

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości przeglądania wykonanego badania w jego trakcie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pkt. 32 Możliwość włączania i wyłączania filtra sieciowego, mięśniowego i antydryftowego podczas badania.

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości włączania i wyłączania filtra sieciowego, mięśniowego i antydryftowego podczas badania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pkt. 33 Możliwość ręcznego sterowania bieżnią możliwością powrotu do wybranego protokołu.

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością ręcznego sterowania bieżnią możliwością bez powrotu do wybranego protokołu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pkt. 36 Możliwość obejrzenia pasków EKG w rozdzielczości 8s na stronę.

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości obejrzenia pasków EKG w rozdzielczości 8s na stronę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pkt. 38 Możliwość edycji i reklasyfikacji pobudzeni.

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości edycji i reklasyfikacji pobudzeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pkt. 40 Możliwość wykonania reanalizy ST w każdej minucie badania.

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wykonania reanalizy ST w każdej minucie badania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pkt. 42 Prezentacja trendów ST, delta ST, punktu J, delta J, punktu R, obniżenia ST, ST/HR w każdym odprowadzeniu.

Czy Zamawiający dopuści system z prezentacją trendów ST, delta ST, punktu J, delta J, bez opcji prezentacji punktu R, obniżenia ST, ST/HR w każdym odprowadzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pkt. 46 Analiza trendu częstości rytmu Recovery z podaniem różnicy wartości HR w stosunku do szczytu wysiłku co 1 minutę w całym etapie.

Czy Zamawiający dopuści system bez analizy trendu częstości rytmu Recovery z podaniem różnicy wartości HR w stosunku do szczytu wysiłku co 1 minutę w całym etapie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pkt. 47 Analiza QTd – pomiar w trzech kolejnych pobudzeniach z możliwością wydruku.

Czy Zamawiający dopuści system bez analizy QTd?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pkt. 48 Analiza alternansu załamka T.

Czy Zamawiający dopuści system bez opcji analizy alternansu załamka T?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pkt. 58 Bieżnia wyposażona w regulowane poręcze boczne (dla dorosłych i dzieci).

Czy Zamawiający dopuści system z bieżnią bez opcji regulowanych poręczów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

Pkt. 59 Dopuszczalna waga pacjenta: 220 kg.

Czy Zamawiający dopuści system z z bieżnią z dopuszczalną wagą pacjenta do 180 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pkt. 60 Interfejsy: 2xRS232, 1xUSB.

Czy Zamawiający dopuści system z bieżnią z interfejsem 1xRS232, bez USB?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Panek